

IT • RFM-202 – STRUMENTO

Dispositivo medico-diagnostico *in vitro* – Marchio CE - Conforme al Regolamento (UE) 2017/746

Cod. RFM-202

Fabbricante

Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd.

Distributore

Callegari S.r.l.

Destinazione d'Uso

Il dispositivo è destinato alla determinazione quantitativa della creatinina nel sangue intero capillare, nel sangue intero venoso, nel plasma e nel siero. RMF-202 è un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* destinato all'uso professionale e viene utilizzato unicamente in combinazione con le strisce reattive CRS-102.

Caratteristiche Tecniche

PRINCIPIO DI MISURA	Fotometro a riflettanza
TEMPO DI ANALISI	5 minuti ca.
RANGE DI MISURA	0.044 mmol/L - 1.320 mmol/L 0.50 mg/dL - 14.93 mg/dL
CAMPIONE	Sangue intero capillare e venoso, plasma, siero
VOLUME DI CAMPIONE	35 µL
ALIMENTAZIONE	3 Batterie 1.5 V tipo AAA
UNITÀ DI MISURA	mmol/L o mg/dL
MEMORIA	500 test
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	Dopo 5 minuti di inattività
DIMENSIONI	135 (w) × 66 (d) × 19 (h) mm
PESO	90 g
CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO	0 °C – 55 °C; ≤ 90% umidità relativa
CONDIZIONI DI LAVORO	10 °C – 35 °C; ≤ 80% umidità relativa
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLA STRISCIA REATTIVA E DELLA STRISCIA DI CONTROLLO OTTICO	2 °C – 30 °C; ≤ 90% umidità relativa
CONFORMITÀ	Marchio CE