

ITA • MINI2 FX – STRUMENTO

Strumento ad uso estetico. Non effettua diagnosi e trattamenti. Marchio CE.

Cod. 126212

Produttore

Callegari S.r.l.

Descrizione e destinazione d'uso

Mini2 FX è un dispositivo nato per la determinazione, a fini estetici, del contenuto di melanina nella pelle.

In aggiunta, se lo si desidera, consente anche la stima del fototipo in accordo con la scala di Fitzpatrick.

Il dispositivo è destinato all'utilizzo in farmacie, parafarmacie, centri estetici, aziende cosmetiche e in ogni ambiente dove si vogliano effettuare analisi della pelle con finalità meramente estetiche.

Mini2 FX è un dispositivo a uso estetico. Non effettua diagnosi e trattamenti.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTO	SOFT 2 FX
Interfaccia:	Display TFT grafico a colori 0.96''+ 1 pulsante per l'attivazione della misurazione
Alimentazione:	2 batterie 1.5 V tipo AAA non fornite
Aspetto esteriore:	Sonda tipo penna in ABS con sensore sulla punta
Peso:	50 g batterie escluse
Dimensioni:	160(w) x 33(d) x 25(h)
Condizioni d'esercizio:	Temperatura -18 - +55°C; umidità max. relativa 90% non condensata (con batterie)
Condizioni di stoccaggio:	Temperatura -30 - +80°C; umidità max. relativa 90% non condensata (escludendo le batterie)
	Temperatura -15 - +35°C; umidità max. relativa 60% non condensata (inclusando le batterie)
Parametro	Melanina
Principio di misura	Fotometro a doppia lunghezza d'onda in riflettanza ($\lambda_1=875\text{nm}$, $\lambda_2=660\text{nm}$)
Range	0-100 u.a. (unità arbitrarie)
Risoluzione	1 u.a.
Conformità :	Marchio CE